

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawy 6. automatycznych defibrylatorów ratunkowych oraz 1. automatycznego defibrylatora szkoleniowego, z wyposażeniem

1) Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.

2) Przedmiot zamówienia (opis):

- Dostawa 6. automatycznych defibrylatorów ratunkowych wraz z kompletnym wyposażeniem.
- Dostawa 1. automatycznego defibrylatora szkoleniowego z kompletnym wyposażeniem.
- Dostawa 6. szafek na automatyczne defibrylatory ratunkowe.

3) Wymagania techniczne dla urządzeń automatycznych defibrylatorów ratunkowych AED:

- Urządzenia defibrylacyjne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi urządzeń AED.
- Muszą być przeznaczone do umieszczenia w miejscach publicznych wewnątrz budynków i dostosowane do ratowania dorosłych i dzieci .
- Muszą być wyposażone we wbudowany system rozpoznawania rytmu serca, który pozwoli na precyzyjne dostosowanie czynności defibrylacyjnych.
- Muszą być wyposażone w komplet akcesoriów i być odpowiednio oznakowane (nazwa lub symbol).
- Wymagane jest, aby urządzenie AED było w pełni zautomatyzowane, ułatwiające pracę nieprofesjonalnym ratownikom. Urządzenie powinno prowadzić ratownika krok po kroku za pomocą komunikatów głosowych dostępnych w języku polskim, informując, jakie kroki należy podjąć za pomocą prostych symboli i poleceń głosowych w trakcie postępowania ratunkowego np. instrukcje dotyczące uciskania klatki piersiowej takie jak „uciskaj szybciej, zwolnij, uciskaj mocniej lub słabiej”.
- Wymagane jest zasilanie akumulatorowe lub bateryjne urządzenia. Akumulatory lub baterie powinny być dostarczone w komplecie. Zasilanie powinno wystarczyć na minimum 100 szoków na jednym naładowaniu baterii lub akumulatora i zapewnić minimum 5 lat gotowości w trybie czuwania.
- Urządzenie powinno posiadać system kontroli (automatyczny lub manualny) do wykrywania nieaktywnych elektrod i pojemności baterii oraz alarm w przypadku zaburzeń gotowości do pracy.
- Wymaga się, aby urządzenie było odporne na wstrząsy, wibracje, pył oraz wilgoć klasy nie gorszej niż IP55. Urządzenie powinno być zapakowane w torbę lub walizkę.
- Cena jednego defibrylatora zewnętrznego nie może przekroczyć 9 900 zł (z podatkiem VAT). Cena ta nie obejmuje wyposażenia dodatkowego dla każdego urządzenia, które zawiera:
 - Ładowarkę do akumulatora, jeśli urządzenie jest zasilane akumulatorami.

- Torbę/walizkę z wyposażeniem dodatkowym, która zawiera co najmniej: folię termiczną, nożyczki, elementy do dezynfekcji klatki piersiowej, maskę do resuscytacji, zapasowy komplet elektrod dla dorosłych i dzieci, komplet rękawiczek jednorazowych oraz maszynkę do golenia.
 - Instrukcję obsługi.
 - Tablicę ze skróconą instrukcją zawierającą procedurę bezpiecznej defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia, do umieszczenia na ścianie.
 - Tablicę informacyjną "Defibrylator AED" do umieszczenia na ścianie obok szafki.
- Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Okres gwarancji na urządzenie, elektrody i ewentualnie akumulatory wynosi min.24 miesiące.
 - Na fakturze musi być podany pełny asortyment zamówienia, a niedopuszczalne są ogólniki takie jak "Urządzenie AED z wyposażeniem".

4) Wymagania techniczne dla automatycznego defibrylatora szkoleniowego

- Tożsamy (lub bardzo zbliżony rodzajowo) do dostarczanego urządzenia ratunkowego. Nie jest wymagana zgodność z modelem defibrylatora ratunkowego.
- Urządzenie ma być zasilane akumulatorami lub bateriami, które muszą być dostarczone w komplecie.
- Urządzenie szkoleniowe musi mieć zaprogramowane różnorodne scenariusze ćwiczeń i możliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z ewentualnymi zmianami w wytycznych i zasadach wykonywania automatycznej defibrylacji.
- Cena jednego defibrylatora szkoleniowego nie może przekroczyć 9 900 zł (z podatkiem VAT). Cena ta nie obejmuje wyposażenia dodatkowego, które zawiera:
 - ładowarkę, jeśli urządzenie pracuje na akumulatorach,
 - torbę lub walizkę na urządzenie,
 - instrukcję obsługi,
 - trzy pary zapasowych elektrod treningowych,
 - pilot zdalnego sterowania programami do ćwiczeń z bateriami,
 - tablicę ze skróconą instrukcją zawierającą procedurę bezpiecznej defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia, identyczną z tą, która dostarczona zostanie wraz z urządzeniem ratunkowym.
- Okres gwarancji na urządzenie, elektrody i ewentualnie akumulatory wynosi min. 24 miesiące.
- Na fakturze wymagane jest podanie pełnego asortymentu zamówienia, a niedopuszczalne są ogólniki takie jak "Urządzenie AED szkoleniowe z wyposażeniem".

5) Wymagania techniczne dla szafek na automatyczne defibrylatory ratunkowe

Szafki oznakowane do montażu na ścianie w pomieszczeniu (wewnątrz budynku) z tablicami znamionowymi, ułatwiającymi lokalizację urządzenia. Szafki muszą być dostosowane wielkością do przechowywania dostarczanego urządzenia AED, wykonane z blachy lub tworzywa, wyposażone w okno inspekcyjne, ułatwiające ekspozycję i kontrolę zawartości oraz system „zbij szybkę” umożliwiający szybki dostęp do kluczyka otwierającego drzwiczki szafki. Kluczyk może być też umieszczany w oddzielnej gablocie, do powieszenia obok urządzenia. Wtedy wykonawca ma obowiązek dostarczyć odpowiednich rozmiarów gablotę i opisać, że zawiera klucz do urządzenia. Dopuszczalna są też szafki wykonane w

całości z przezroczystego lub półprzezroczystego poliwęglanu. Alarm i ogrzewanie szafki nie jest konieczne.

Zamawiający planuje przeznaczyć 57 000 zł z podatkiem VAT na zakup wyspecyfikowanych urządzeń. Jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy tę kwotę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednego urządzenia lub części wyposażenia, przeliczając ofertę na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie. Decyzja w tej sprawie zostanie przekazana wykonawcy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

6) Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:

- Realizacja w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, płatność przelewem z terminem 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie później niż 28 grudnia 2023 r.

7) Kryteria oceny oferty:

- Cena (waga 100%).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oferty w podanym powyżej zakresie z wybranymi wykonawcami.
- Ostateczna decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu analizy i porównania wszystkich złożonych ofert.
- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto i nie będzie podlegała odrzuceniu.

8) Inne istotne warunki zamówienia:

- Cena oferty wyrażona w PLN;
- Zapewnienie niezmienności ceny w PLN do czasu realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT.

9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 punkty 1 i 2 ustawy Pzp;
- Złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp;
- O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835) lub nie złożyli oświadczenia w tej sprawie (zał. 4).

10) Sposób przygotowania oferty.

- Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. 2).
- Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- Za podpisanie dokumentu, w tym oferty uznaje się złożenie podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego. Dopuszcza się też skan podpisu odręcznego.
- Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

11) Wyjaśnienia treści Zapytania

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania.
- Odpowiedzi udzielane w ramach wyjaśnień treści są absolutnie wiążące dla wykonawców i stają się częścią Zapytania. Wyjaśnienia te mają na celu bardziej precyzyjne i rozwinięte przedstawienie kwestii wynikających z treści Zapytania, które mogą być niejednoznaczne lub niejasne z różnych powodów podczas tworzenia Zapytania.
- Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia, ma obowiązek zapewnić równe traktowanie wykonawców i uczciwą konkurencję. Oznacza to, że wykonawca ma prawo polegać na udzielonych mu odpowiedziach, traktować je jako autentyczną interpretację postanowień Zapytania i oczekiwać, że zastosowanie się do tych odpowiedzi nie będzie miało negatywnych dla niego konsekwencji.
- Wykonawca zwracający się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania jest obowiązany formułować pytania z zachowaniem należytej staranności. Wykonawca nie może oczekiwać, że Zamawiający doszuka się w zadanym pytaniu treści, których wykonawca nie wyraził w sposób jasny.
- Wyjaśnianie dotyczy istniejącej treści, podczas gdy dodawanie nowej treści stanowi zmianę w Zapytaniu zamiast wyjaśnienia. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi, gdy wykonawca zwraca się do niego z innym celem niż wyjaśnienie treści Zapytania.
- Zamawiający informuje, że nie będzie negocjował zmiany wymagań względem przedmiotu zamówienia w celu przystosowania go do możliwości realizacji przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.
- Zapytania należy składać najpóźniej 4 dni przed wskazanym terminem składania ofert. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzi zostały udzielone najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania będą publikowane na stronie prowadzonego Zapytania.

12) Miejsce i termin złożenia oferty.

- Ofertę złożyć należy do dnia **30 listopada 2023 r. do godz. 10.00**.
- Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.
- Wraz z Formularzem Oferty należy złożyć upoważnienie, (jeśli dotyczy) i inne dokumenty w tym oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (zał. nr 4) - składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się też skan podpisu odręcznego.
- Do oferty należy dołączyć również kartę katalogową urządzenia AED ratunkowego, AED treningowego i szafki na urządzenie AED ratunkowe.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

- odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowieniauswaw@stat.gov.pl.

14) Inne postanowienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty przez wykonawcę.

15) Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania:

- 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
- 2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- 4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w załączniku do Zapytania.
- 6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w SWZ. Jeżeli administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- 7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub w dokumentach składanych na żądanie Zamawiającego;
 - b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub w dokumentach składanych na żądanie Zamawiającego.
- 8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- 9) Zamawiający informuje, że:
- a. udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) zgodnie z art. 18 ust. 6 Pzp, jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
 - b. udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c. w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników oraz nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
 - e. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 - f. w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie

Agnieszka Ajdyn